

**Wszyscy Wykonawcy  
Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy postępowania pn.: Zakup i dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo w PWSTE w Jarosławiu

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia po 200szt worków i 200szt płytek w każdej pozycji ? Pytamy z powodów praktycznych gdyż płytki wymieniane są najczęściej co 4-6 dni, zatem ich zużycie jest dużo mniejsze niż zużycie worków. Każdy z tych produktów można zakupić niezależnie.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wymaga dostarczenia 200 szt. worków oraz 200 szt. płytek.

**Pozycja 137 Sprzęt stomijny dwuczęściowy (płytką oraz worek zamknięty) do stomii o średnicy 45 mm i większej.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 55 mm otwór do przycięcia 15 - 47 mm

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 55 mm otwór do przycięcia 15 - 47 mm

**Pozycja 138 Sprzęt stomijny dwuczęściowy (płytką oraz worek zamknięty) do stomii o średnicy 30 mm i większej.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**Pozycja 139 Sprzęt stomijny dwuczęściowy (płytką oraz worek otwarty) do stomii o średnicy 30 mm i większej.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**POZ . 82**

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający wymaga maski do sztucznej wentylacji do worka ambu czy też maski do sztucznego oddychania jednorazowej typu face shield do udzielania pierwszej pomocy.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający wymaga maski do sztucznego oddychania jednorazowej typu face shield do udzielania pierwszej pomocy.

**POZ 87****Pytanie 6:**

Prosimy o określenie rozmiaru maski LMA dla dorosłych.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający oczekuje dostawy masek o rozmiarze 4.

**POZ 89****Pytanie 7:**

Prosimy o określenie rozmiaru pasków do zamykania ran. Czy zamawiający wymaga 10 szt pasków czy 10 szt opakowań pasków po 100 szt?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający wymaga 10 opakowań po 100 szt.

**POZ 111****Pytanie 8:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na realizację sztucznej krwi w płynie w formie koncentratu pojemność 250 ml?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w formie koncentratu pojemność 250 ml.

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 18.11.2021 r. do godz. 10:30.

mgr inż. Mariusz Dudek - Kanclerz  
Jarosław, 16.11.2021 r.