

Jarosław, 07.02.2022 r.

Pytania i odpowiedzi:

Dot. zapytania ofertowego na Przeprowadzenie przeglądów elektrycznych/bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych w IOZ DAG/ZO/6/02/22

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie czy wszystkie urządzenia należy 5-cio krotnie przebadać w ramach zamówienia czy podczas tych 5-ciu terminów co raz sprawdzanie będą tylko niektóre urządzenia podczas każdego z terminu, aby docelowo po wykonaniu 5ciu terminów każde urządzenie było sprawdzone 1 raz ?

Odpowiedź:

Przeglądy mają odbywać się w pięciu terminach wskazanych przez zamawiającego przy czym wszystkie wykazane sprzęty podlegają sprawdzeniu raz w roku.