

Jarosław, dnia 23.10.2018 r.

Wszyscy potencjalni wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu i wyposażenia do **Laboratorium Budownictwa w standardzie high-tech** w ramach realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
(nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17).

Postępowanie nr : DAG/PN/14/18

Zamawiający cytuje treść zapytania i udziela odpowiedzi :

Treść pytania :

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy w zadaniu- Część III – Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej 1. Urządzenie do bezinwazyjnej detekcji zbrojenia w elementach żelbetowych – 1 sztuka, chodzi o 5 różnych urządzeń zgodnych z wymogami ? W ogłoszeniu brzmi to niejednoznacznie. Jeżeli jest to 5 różnych urządzeń czy dopuszczacie Państwo możliwość składania ofert na pojedyncze urządzenia czy też musi to być zestaw wszystkich urządzeń ?

Odpowiedź zamawiającego :

Część III - Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej jest jednym pakietem na który składa się kilka różnych urządzeń lub elementów ich dodatkowego wyposażenia – zgodnie ze szczegółową specyfikacją.

Zgodnie z warunkami przetargu rozpatrywane będą tylko kompleksowe oferty na poszczególne zadania, a nie pojedynczy sprzęt. Czyli w tym przypadku kompleksowa oferta na całą Część III - Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert.

W imieniu Zamawiającego ;

p. o. KANCLERZ
mgr inż. Mariusz Dudek

CG P