

Jarosław, dnia 07.11.2018 r.

Wszyscy potencjalni Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu i wyposażenia do Laboratorium Budownictwa w standardzie high-tech w ramach realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

Postępowanie nr : DAG/PN/14/2018

Zamawiający cytuje treść zapytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Odnosnie Części IV - Dostawa przyrządów do pomiaru
2. Aparat bezpośredniego ścinania

CYKLICZNE POZIOME PRZEMIESZCZENIA

Czy system ma przeprowadzać badanie w przód i w tył, co jest rozwiązaniem wskazanym przy tego typu testach?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak.

Urządzenie ma umożliwiać wykonanie badania ścinania wtórnego (reszkowego).

Pytanie 2

Odnosnie Części IV - Dostawa przyrządów do pomiaru
2. Aparat bezpośredniego ścinania

KONTROLA OSI PIONOWEJ (KONSOLIDACJA)

Czy kontrola osi pionowej za pomocą oprogramowania ma się odbywać na 3 sposoby: stała szywność, stała wysokość i stałe naprężenie?

Odpowiedź na pytanie 2

Nie ma takiego wymogu.

Przedmiotem zamówienia nie jest aparat do badania dynamicznego/cyklicznego prostego ścinania.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz tym samym podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert.

W imieniu Zamawiającego:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
TECHNICZNO EKONOMICZNA
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 46 42 fax 16 624 46 59
p. o. KANCLERZ
mgr inż. Marcin Witek